



## RETIRO DEL MERCADO DE IMPLANTE COCLEAR NUCLEUS CI500

La ANMAT informa a la población que la firma Cochlear Ltd. ha realizado un retiro voluntario del mercado de **todos los modelos del producto médico "Implante Coclear Nucleus CI500"**, cuyos datos a continuación se detallan:

<b>Empresa importadora:</b>	TECNOSALUD S.A.
<b>Registro PM:</b>	685-7
<b>Nombre Genérico:</b>	IMPLANTE COCLEAR
<b>Fabricante</b>	COCHLEAR LTD.
<b>País</b>	AUSTRALIA

La medida fue adoptada como consecuencia de la detección de un incremento en las fallas detectadas en el modelo CI512 del implante.

La empresa importadora Tecnosalud S.A. ya ha contactado a sus clientes, quienes deberán seguir las instrucciones de la firma y proceder a la devolución del producto.