



RETIRO VOLUNTARIO DE LOTES DE LENTES DE CONTACTO "COOPERVISION AVAIRA".

La ANMAT informa a la población que la firma CooperVision Inc. ha iniciado el retiro voluntario de algunos lotes del producto médico "**CooperVision Avaira, lentes de contacto tóricas y esféricas**", cuyos datos se detallan a continuación:

Empresa importadora:	Laboratorio Pfortner Cornealent SACIF
Registro PM:	354-35
Nombre Genérico:	Lentes de contacto
Fabricante:	CooperVision Inc.
País:	Estados Unidos

Los lotes afectados por el retiro son los siguientes:

- 508205001702.
- 508205005405.
- 508205006204.
- 508205006304.
- 508205007108.
- 508205007606.
- 508205007706.
- 508405000357.
- 508405000362.
- 508405000802.
- 508405000859.
- 508405002007.
- 508405002205.
- 508405002104.
- 508405002106.
- 508405002208.
- 508407009360.
- 641805000455.
- 641805000862.
- 641807006763.

La medida fue adoptada tras haberse detectado problemas de visión borrosa e incomodidad entre los usuarios de las lentes de contacto mencionadas. Algunos pacientes experimentaron fuertes dolores o lesiones oculares que requirieron tratamiento médico, aunque no todos refirieron los mismos síntomas.

Por todo lo expuesto, se recomienda a los pacientes que consulten a su contactólogo si advierten molestias fuera de lo común o problemas de visión borrosa, como así también si sus lentes pertenecen a alguno de los lotes retirados, aunque no hayan experimentado síntomas.