



Retiro Voluntario de Algunos Lotes y Modelos del Producto Médico i-STAT 1

La ANMAT informa a la población que la firma Abbot Point of Care (APOC) ha iniciado el retiro voluntario del mercado de los siguientes lotes y modelos del analizador portátil de sangre i-STAT 1:

Nombre del producto	Modelo	Número de lista	Números de serie
i-STAT 1 Manual	300 300-G 300W	06F16-10; 04P75-01;03P75-01; 310000; 310001;310002;06F16-05	Todos
i-STAT 1 Abaxis Manual	300V 300A	640-0000; 600-0000	Todos
Kit Militar i-STAT 1	300	04J48-20; 215001	Todos

Empresa Importadora: Corpomédica S.A.

La medida fue adoptada luego de que APOC informara acerca del posible recalentamiento de las baterías de i-STAT 1 portátil, debido a una falla en un circuito de la carcasa en la que se coloca la batería descartable del analizador.

Si bien no se han reportado daños asociados al recalentamiento del equipo, éste puede resultar incómodo al tacto en el sector del compartimento de la batería. Es por ello que la firma desarrolló una nueva carcasa para la batería del i-STAT 1, que provee protección adicional contra el recalentamiento.

Actualmente, todos los i-STAT manuales nuevos y reparados son enviados con esta nueva carcasa, que se diferencia de la anterior por el color rojo del panel de circuito ubicado en la parte superior, que reemplaza al viejo panel verde.

Con el fin de disminuir el riesgo de calentamiento, la firma está llevando adelante una actualización de las carcasas de batería descartable para todos los clientes, por lo que recomienda enviar la carcasa color verde al importador para su reemplazo.